

La ditta scrivente **Joerns Healthcare Ltd**

con sede in, **Sunrise Business Park
High Street
Wollaston
Stourbridge
DY8 4PS**

dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto:

OXFORD DELUXE CRANE

OXF-PRESENCE, OXF-PRESENCE-AU

a cui la presente dichiarazione si riferisce, è un dispositivo di classe I e soddisfa tutti i requisiti richiesti da:

**Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, riguardante i Dispositivi Medici
"La Direttiva sui Dispositivi Medici"**

e rispetta i requisiti delle seguenti norme europee:

<u>Nome</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Data di emissione</u>
BS EN 12182	Ausili tecnici per persone disabili - Requisiti generali e metodi di prova	1999
BS EN ISO 10535	Sollevatori per il trasferimento di persone disabili - Requisiti generali e metodi di prova	1998
BS EN ISO 14971	Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici	2007

Firma:



Data: 6th April 2010.

Nome:

Nigel Heales CEng IMechE - Quality & Technical Manager