

# Estratto Istruzioni bombole O<sup>2</sup> gassoso

## FASE 1 - PHASE 1



**PRIMA SICUREZZA  
ERSTE SICHERUNG**  
Bombola CHIUSA  
Flasche GESCHLOSSEN



**PRIMA SICUREZZA  
ERSTE SICHERUNG**  
Bombola APERTA  
Flasche OFFEN



Manometro indicante la quantità di O<sup>2</sup> residua  
Der Manometer zeigt wieviel O<sup>2</sup> noch in der  
Flasche vorhanden ist



## FASE 2 - PHASE 2



### SECONDA SICUREZZA ZWEITE SICHERUNG

#### PER APRIRE

Ruotare la manopola fino a quando nella finestrella compare il flusso desiderato

#### PER CHIUDERE

Ruotare la manopola fino a quando nella finestrella torna lo 0

#### ZUM OEFFNEN

Drehen bis im Fenster die gewuenschte Menge angezeigt ist

#### ZUM SCHLIESSEN

Drehen bis im Fenster eine 0 erscheint