

# Estratto Istruzioni bombole O<sup>2</sup> gassoso

## FASE 1 - PHASE 1



Aperto/Oeffnet

Chiuso/Geschlossen



### PRIMA SICUREZZA ERSTE SICHERUNG

Bombola CHIUSA  
Flasche GESCHLOSSEN

### PRIMA SICUREZZA ERSTE SICHERUNG

Bombola APERTA  
Flasche OFFNEN



Manometro indicante la quantità di O<sup>2</sup> residua  
Der Manometer zeigt wieviel O<sup>2</sup> noch in der Flasche vorhanden ist

## FASE 2 - PHASE 2

### SECONDA SICUREZZA ZWEITE SICHERUNG

#### PER APRIRE

Ruotare la manopola fino a quando nella finestrella compare il flusso desiderato

#### PER CHIUDERE

Ruotare la manopola fino a quando nella finestrella torna lo 0

#### ZUM OEFFNEN

Drehen bis im Fenster die gewünschte Menge angezeigt ist

#### ZUM SCHLIESSEN

Drehen bis im Fenster eine 0 erscheint.

